

## 一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	0.5	数量	5台	预算总价 (万元)	2.5
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他

## 二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

### 一、基本要求:

- ▲1. 具备彩色图像 TFT 屏幕。
- 2. 电源要求:  $\geq 2.4V$  可充电电池。
- 3. 外部充电器: 输入:  $\geq 220V$ , 50-60Hz。
- ▲4. 设备具备演示模式: 可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作。
- ▲5. 具备多频比值法根尖定位技术, 根管冠三分一, 中三分一, 根尖三分一均能显示, 根尖区可放大成二十份显示, 根管位置测量显示。
- 6. 具备自动关闭:  $\geq 5$  分钟未使用, 自动关闭。

### 二、配置清单 (每台):

- 1. 主机 1台
- 2. 充电器 1个
- 3. 测量电缆 1条
- 4. 唇夹 2个
- 5. 连接钩 2个
- 6. 连接叉 2个
- 7. 设备资料 1套
- 8. 快捷作卡 1张