

一、项目简介

| | | | | | |
|--------------|------|-------|----|--------------|------|
| 说明 | | | | | |
| 预算单价 (万元) | 0.96 | 数量 | 1台 | 预算总价 (万元) | 0.96 |
| 项目经费来源 | 医院经费 | 省财政专用 | | 科教经费 | 其他 |
| | | | | | |

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

一、主要参数:

- ▲1、具备完成 PRP 与脂肪的提取功能。
- ▲2、具备微机控制的变频电机驱动。
- 3、具备电子安全门锁，不平衡、超速、门盖保护等多种保护功能
- 4、具备减震结构及自动平衡功能。
- 5、电源要求：AC 220V 50Hz。
- ▲6、最高转速 $\geq 5000\text{r/min}$ ，转速精度 $\pm 10\text{r/min}$ 。
- 7、整机噪声 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。
- 8、最大相对离心力 $\geq 4300 \times g$ 。
- 9、最大容量 $\geq 200\text{ml}$ 。
- 10、离心腔直径 $\geq \Phi 420$ 。

二、主要配置清单:

- | | |
|---------|----|
| 1、主机 | 1台 |
| 2、快捷操作卡 | 1张 |
| 3、设备资料 | 1套 |